

こだま Q&A

Q35


レントゲン室のX線漏洩測定を行いたいのですが、サーベイメーターの貸し出しは可能ですか。

A35

はい、ご要望の施設に貸し出しをしております。

■申込方法（予約制）

希望日の1週間前までにお電話にてご予約をお願いします。

 0120-14-7191（フリーダイヤル）

■貸出機材

- ①サーベイメーター
 - ②ファントム（被写体：水ポリタンク）
 - ③操作マニュアル、関係書類（記録書、測定結果書）
- ※測定時に測定場所の図面（平面図、側面図）をご準備ください。



【参考】【医療法施行規則第30条の22】から抜粋

病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあつては1月を超えない期間ごとに1回（エックス線装置等を固定しての測定にあつては6月を超えない期間ごとに1回）放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。

お問合せ：☎代表 0120-14-7191（フリーダイヤル） / 082-247-7191（ダイヤルイン）

きやつちボール

ヒヤリ・ハットとは、語源は「ヒヤリとした」、「ハットとした」こと。皆さんご存知のことは承知ですが、改めて考えてみると非常に恐ろしく思えます。医療業界に置き換えると、医療事故には至らなくても、場合によっては事故に直結したかもしれません。誤った検査データを報告して間違った医療行為が行われたものの、患者様に影響はなかったものも含まれます。

何年か前に当検査センターでも医療安全管理室が新設され、インシデントレポートも各部署から提出があり、事象によってはマニュアルが見直されています。検査科一同、ご利用して頂いている先生方にご迷惑をおかけしないよう努力しておりますので、今後ともよろしくお祈いします。

釘宮 亘（広報委員 / 検査科副技師長）

広報委員

谷敷 圭美 / 釘宮 亘 / 熊川 良則 / 片山 智恵子 / 初岡 博 / 高磨 潤

