

平成25年12月13日
HMA. 37

凝固検査用採血管 自主回収のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、ニプロ社よりベノジェクトⅡ真空採血管(滅菌品)に真空採血管中の抗凝固剤(クエン酸ナトリウム)の不足があり下記製品を自主回収する旨の連絡が12月12日にありました。(詳細については裏面参照) 先生方には大変ご迷惑とご心配をお掛けし申し訳ございません。自主回収のご協力をお願いします。

下記、対象製品番号をご確認いただき、該当製品がありましたら、ご連絡または集荷員にお申し出いただきますようお願いいたします。

11月にご注文頂いた一部製品が対象となります。

敬白

記

■ 回収対象製品および製造番号 (センター納品対象製品) ■

製品名 : ベノジェクトⅡ真空採血管 (滅菌品) クエン酸Na3.2% (凝固検査用)

商品コード

31-422

対象品番

ネオチューブ NP-CW0185-1

製造番号

13H19B

枠内の“商品コード”、“製造番号”をご確認下さい

