

こだま Q&A 

Q40

感受性は MIC1 を依頼したにもかかわらず、細菌検査の結果報告書に S・I・R の判定のみで MIC 値が記載されていなかったのはなぜですか。（同定菌は Lactobacillus）

A40

Lactobacillus などの発育不良細菌は MIC 法（微量液体希釈法）では検査困難（培養不能）であり、代わりに発育可能なディスク法で感受性検査を行うことになるため、S・I・R の判定のみとなります。また、このような場合は結果報告書にコメントを記載いたします。

注) DAP（ダプトマイシン）は MIC 法のみ検査可能なため、上記の条件によりディスク法で検査した場合は、DAP のみご報告はできませんので、ご了承ください。

注) DAP の適応は、MRSA による感染症（敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染）となっております。

（検査 2 科細菌係回答）

お問合せ：☎代表 0120-14-7191（フリーダイヤル） / 082-247-7191（ダイヤルイン）


きやうちボール

新しい年度が始まりました。

今年度は 2 年に一度行われる診療報酬改定に加え、消費税の引き上げ、また所内においては、新規検査項目の開始、検査項目変更への対応と、忙しかった 3 月を乗り越え、少し落ち着いてきたところです。

ところで何か消費税対策を実施されましたか。我が家では対策を何もしないまま 4 月を迎えてしまいました。しばらくの間、大きな買い物をしなくてもよいように願っています。お願いだから、車、冷蔵庫、エアコン、テレビ、みんな壊れないように頑張ってくれ！

正木 篤志（システム課課長補佐）

広報委員

谷敷 圭美 / 釘宮 亘 / 熊川 良則 / 片山 智恵子 / 初岡 博 / 高磨 潤