

こだま Q&A 

Q46

血清分離剤が溶け出していたり、水滴状のものが付いていたりする採血管を使っても大丈夫ですか。

A46

メーカーに詳細な調査をしてもらい確認したところ、検査データに影響することはなく、通常どおりにご使用いただけるということでした。
(※ただし、使用期限内に限る)

メーカーによると、血清分離剤は室温保存で1年以上の安定性が確保されているようですが、熱が加わるとその溶解が発生することがあるようです。

また、採血管内面の血液付着を少なくするためにコート剤を噴霧するそうですが、噴霧を繰り返しているとノズルに結露したコート剤が水滴状に付着する場合もあるようです。

現時点では、上記のような事象を完全に抑制することは難しいという回答をメーカーから受けております。

溶解例



水滴状例



お問合せ：☎代表 0120-14-7191(フリーダイヤル) / 082-247-7191(ダイヤルイン)


きやうちボール

当検査センターでは平成26年8月に組織再編が行われ、業務渉外課 D.I. (データインフォメーション) 係から営業課コールセンターへと名称が変わりました。これまでと同様、当検査センターの窓口として、さまざまな問合せ、物資注文、集荷依頼など承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

また、検査についてのお問合せ、検査結果の解釈、質問などにつきましては、検査部門と連携を図りながら、きめ細かく対応し、迅速かつ正確にお答えできるよう心がけております。

今後とも医療機関様に役立つ情報を発信してまいりたいと思っておりますので、ご指導のほどよろしく願いいたします。 田中 洋子 (営業課コールセンター係長)

広報委員

谷敷 圭美 / 亀石 猛 / 熊川 良則 / 片山 智恵子 / 初岡 博 / 高磨 潤