

こだま Q&A

Q86

オーダーリングシステムを利用しています。QRコード付き依頼書に【未登録項目】と印字されました。どうすれば良いでしょうか。

A86

【未登録項目】は、検査依頼時に当検査センターと電子カルテそれぞれの検査項目コードの紐付けが出来ていない場合に出力されます。【未登録項目】が印字された場合は、ご依頼の検査項目に漏れがないかご確認いただき、漏れがある場合は、() 内に赤字で検査項目名称をご記入ください。後日、当検査センターのシステム管理課より連絡させていただき、検査項目の紐付けを行います。

<未登録項目とは>

ご利用の電子カルテ*によっては、当検査センターと異なる検査項目コードで運用しているため、コードの紐付けを行う必要があります。あらかじめオーダーリングシステム導入時に紐付けを行っておりますが、ご依頼実績がない検査項目や新設の検査項目など、紐付けができていない検査項目を依頼された場合に、【未登録項目】として印字されます。

*Brain Box (ユヤマ)、Dynamics (ダイナミクス) 等



お問い合わせ：☎代表 0120-14-7191(フリーダイヤル) / 担当 システム管理課

きやうちボール

表紙の写真にも掲載しましたが、さらなる検査精度の向上を目的とした機器の集約化を行い、新しい自動免疫装置 cobas e801 (ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社) が今月の25日より稼働します。今回特集した副甲状腺ホルモンに加え、甲状腺項目や腫瘍マーカー項目などを搭載しております。新たな機器の導入は、「うまく動いてくれるかな〜?」などの不安もありますが、逆に利便性などが向上していることもあり、期待するところも多いです。一方で、今まで使用していた機器とのお別れは名残惜しい気持ちにもなります。最後まで働いてもらえるようしっかりメンテナンスをして大切にしていきたいです。

また、この「臨床検査センターだより」も3月号よりメンテナンスを行い、4月号より新たなデザインでお届けしますのでお楽しみに!!! 岡崎 博幸 (検査科生化・免疫係主任)

<広報委員> 谷敷 圭美 / 橋本 健 / 藤井 ひとみ / 三宅 康雄 / 加藤 与旨多 / 藤本 彩咲日

*本誌はウェブページでもご覧いただけます。 <http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/newsletter>