

## 薬剤感受性検査（病医院セット） 一部薬剤の報告遅延のお知らせ（重要）

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記薬剤検査の試薬販売会社より、*Haemophilus influenzae* の検査結果にバラつきがある可能性が確認されたため、一時的に出荷を停止する旨連絡がありました。

先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

- 報告遅延発生日 令和5年12月18日(月) ご依頼分より
- 対象項目 薬剤感受性検査(ディスク拡散法)  
病医院セット・その他のセット

### ■対象薬剤一覧

薬剤記号	抗生物質名	薬剤記号	抗生物質名
CP	クロラムフェニコール	CTX	セフトキシム
CTR	セフトリアキソン	OFLX	オフロキサシン
AZM	アジスロマイシン	T/P	タゾバクタム/ピペラシリン
CFPM	セフェピム	MEPM	メロペネム
MFLX	モキシフロキサシン	DRPM	ドリペネム
LVFX	レボフロキサシン	ST	スルファトキサゾール/トリメプリム
CCL	セファクロル	ACV	アモキシシリン/クラバン酸
GAM	クラリスロマイシン	IPM	イミペネム

- ・センター基準セット(MIC1~MIC6)は、従来通りご依頼できます。
- ・試薬の在庫状況はそれぞれの薬剤により異なるため、上記報告遅延発生日は最短の日付になります。
- ・出荷停止が2~3週間で解消されない場合は、菌の保管上、検査できない可能性もあります。
- ・試薬販売会社から出荷の目途が入り次第ご案内します。

裏面に試薬販売会社のお知らせ文を掲載



お客様各位

2023年12月

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社  
インテグレイテッドダイアグノスティックソリューション事業部

BD センシ・ディスク™シリーズ 出荷停止のご案内

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、BD センシ・ディスク™シリーズ 26 製品(別紙リストをご参照ください)について、*Haemophilus influenzae* の検査結果にバラつきがある可能性が確認されたため、一時的に出荷を停止しております。

現在製造元において詳細を調査しておりますが、調査結果の確認及び対応が決定次第、再度ご報告させていただきますので、今しばらくお待ち頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

対象製品は下記リストにてご確認ください。

本件につきまして、関係者の皆様に多大なるご迷惑お掛け致します事を深くお詫び申し上げますとともに、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

敬具