

## 薬剤感受性検査（病医院セット） 一部薬剤の報告再開のお知らせ（重要）

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

下記薬剤検査（インフォメーション 12 月 14 日展開）について、*Haemophilus influenzae* の検査結果にバラつきがある可能性が確認されたため出荷停止となり、報告遅延の対応を取らせていただいておりますが、*Haemophilus influenzae* 以外の被検菌については問題がないことが確認され、納品が開始されましたのでご報告を再開いたします。

なお、*Haemophilus influenzae* の薬剤検査は、出荷停止以前の在庫薬剤で検査いたします。

先生方には大変ご迷惑をおかけいたしました。何卒よろしくお願い申し上げます。

### 記

- 検査再開日 令和5年12月26日(火) ご依頼分より  
■対象項目 薬剤感受性検査(ディスク拡散法)  
病医院セット・その他のセット

### ■対象薬剤一覧

薬剤記号	抗生物質名	薬剤記号	抗生物質名
CP	クロラムフェニコール	CTX	セフトキシム
CTR	セフトリアキソン	OFLX	オフロキサシン
AZM	アジスロマイシン	T/P	タゾバクタム/ピペラシリン
CFPM	セフェピム	MEPM	メロペネム
MFLX	モキシフロキサシン	DRPM	ドリペネム
LVFX	レボフロキサシン	ST	スルファトキサゾール/トリメプリム
CCL	セファクロル	ACV	アモキシシリン/クラバン酸
GAM	クラリスロマイシン	IPM	イミペネム

裏面に試薬販売会社のお知らせ文を掲載



2023年12月

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社  
インテグレイテッドダイアグノスティックソリューションズ事業部

**BD センシ・ディスク™シリーズ 出荷再開および被検菌変更のご案内**

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日出荷停止のご案内をしておりましたBD センシ・ディスク™シリーズ 26 製品のうち 25 製品(別紙リストをご参照ください)につきまして、被検菌から *Haemophilus influenzae* および *Haemophilus parainfluenzae* を除外の上、出荷再開の運びとなりましたのでここにご案内申し上げます。

本製品につきましては、注意事項等情報(電子添文)に記載のとおり CLSI に判定基準のある菌種と薬剤の組み合わせによる使用をご案内しております。しかしながら、先日ご案内のとおり *H. influenzae* および *H. parainfluenzae* の検査結果にバラつきのある可能性が確認されましたため、対象製品におきましては *H. influenzae* および *H. parainfluenzae* の薬剤感受性検査へのご使用は中止していただきますようお願い申し上げます。

なお、本製品自体の性能や品質に問題はなく、*H. influenzae* および *H. parainfluenzae* 以外の被検菌の検査では問題が無いことを確認しております。

この度は、関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けいたしました事を深くお詫び申し上げます。引き続き、ご協力の程よろしく願い申し上げます。

敬具